

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №5» Харківської міської ради

ЄДРПОУ: 02002569

Обґрунтування доцільності закупівлі: Замовник заснований Харківською міською радою та зареєстрований в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Одними із основних статутних завдань підприємства є:

- забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній та стаціонарній медичній допомозі відповідно до Програми медичних гарантій в межах договорів, але не виключно, укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
- організація надання пацієнтам послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних умов профілактики, діагностики та лікування розладів здоров'я;
- забезпечення якісного обстеження, лікування хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Для виконання зазначених та інших завдань та з метою надання якісної медичної допомоги пацієнтам, Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лабораторними реактивами для медичного обладнання.

Існує потреба в закупівлі для диспансерного відділення сучасного обладнання для видалення новоутворень шкіри.

Назва предмета закупівлі: Апарат електро-радіохірургічний (код НК 024:2023:44776 — електрохірургічна система)

ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Вид процедури: Відкриті торги з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. за №1178 (зі змінами).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-05-008232-a

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до наявної потреби відповідно до заявки завідувача диспансерного відділення з урахуванням поточних потреб підприємства в даній продукції та обсягів фінансування.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 194 500,00 грн з ПДВ.


Очікувана вартість предмета закупівлі визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зокрема було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах та згідно комерційних пропозицій від учасників торгів. Окрім того, з метою об'єктивного визначення очікуваної вартості був здійснений аналіз ринку через систему Prozorro.

Розрахунок очікуваної вартості ціни за одиницю, проведений як середньо арифметичне значення отриманих даних.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Параметри	Вимоги
Напруга живлення приладу	220 ± 5%
Світлова індикація ввімкнення приладу	наявність
Розміри:	225x300x155 мм
Маса нетто:	10 кг
Вихідна потужність	130Вт ±20% - 90Вт ±20%
Точний регулятор контролю потужності	наявність
Вихідна частота:	4,0МГц ±10%
Світлова індикація активації електрода ножной педаллю	наявність
Звукова сигналізація активації електрода	наявність
Звукова сигналізація тривалості роботи	наявність
Вихідні форми хвиль:	
- FILTER/CUT(розріз) – повністю фільтрована форма хвилі	наявність
- CUT& COAG/RECTIFIED (розріз і коагуляція)- повністю випрямлена форма хвилі	наявність
- COAG/PART.RECTIFIED (коагуляція) - частково випрямлена форма хвилі	наявність
- FULGURATE (фульгурація) - переривисто-іскрова форма хвилі	наявність
Комплектація	
Апарат електро-радіохірургічний	1
Утримувач електродів з кабелем (рукоятка)	2
Комплект електродів (кількість 12шт)	1
A04 Пластина пацієнта (велика)	1
Ножна педаль	1
Чохол на апарат	1
Інструкція по експлуатації	1

Фахівець з публічних закупівель



Людмила ДУБИНА