

ОБГРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №5» Харківської міської ради

ЄДРПОУ: 02002569

Обґрунтування доцільності закупівлі: Замовник заснований Харківською міською радою та зареєстрований в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Одними із основних статутних завдань підприємства є:

- забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній та стаціонарній медичній допомозі відповідно до Програми медичних гарантій в межах договорів, але не виключно, укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
- організація надання пацієнтам послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних умов профілактики, діагностики та лікування розладів здоров'я;
- забезпечення якісного обстеження, лікування хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Для виконання зазначених та інших завдань та з метою надання якісної медичної допомоги пацієнтам, Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лабораторними реактивами для медичного обладнання.

Існує потреба в закупівлі для кабінета хірурга-дерматолога диспансерного відділення сучасного обладнання для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Назва предмета закупівлі: Дерматоскоп (ДК 021:2015: 33124100-6- Діагностичні прилади, НК 024:2023: 18021 Дерматоскоп оптичний)

ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Вид процедури: Відкриті торги з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. за №1178 (зі змінами).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-12-010588-a

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до наявної потреби відповідно до заявки завідувача диспансерного відділення з урахуванням поточних потреб підприємства в даній продукції та обсягів фінансування.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 92 200,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зокрема було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах та згідно комерційних пропозицій від учасників торгів. Окрім того, з метою об'єктивного визначення очікуваної вартості був здійснений аналіз ринку через систему Prozorro.

Розрахунок очікуваної вартості ціни за одиницю, проведений як середньо арифметичне значення отриманих даних.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№ п/п	Найменування Медико-технічних вимог	Значення
1. Технічні вимоги:		
1.1.	Оптика з високою роздільною здатністю та системою ахроматичних лінз	Відповідність
1.2.	Оптичне збільшення	Не менше ніж 10
1.3.	Діаметр лінзи, мм	Не менше ніж 22
1.4.	3 рівня інтенсивності світла	Наявність
1.5.	Перемикач між поляризованим та неполяризованим світлом	Наявність
1.6.	Компенсація діоптрії	Не менше ніж від -4 до +4 діоптрій
1.7.	Акумулятор Li-ion	Наявність
1.8.	Роз'єм micro USB та індикація заряду	Наявність
1.9.	Освітлення на відстані 15 мм без контактної пластини, Lx	Не менше 17000
1.10.	Індикація поляризаційного режиму	Наявність
1.11.	Середня тривалість життя світлодіодів, год.	Не менше 50000
1.12.	Індекс передачі кольору (CRI)	≥ 90
1.13.	Температура кольору, не більше 5 700 K	Відповідність
1.14.	Час підзарядки, хвилин	Не більше 80
1.15.	Мала контактна плата для важкодоступних місць	Наявність
1.16.	Контактна плата з автоклавним накіпом (контактна плату можна автоклавувати)	Відповідність
1.17.	Універсальний адаптер до смартфонів (Адаптер розширюється по телефону з боків та до верху)	Можливість
1.18.	Наявність безкоштовного дерматологічного додатка для смартфонів від виробника, яка дозволяє створювати зображення, розмішувати їх на карті тіла, коментувати з коментарями та рівнями ризику, передавати на комп'ютер або месенджери.	Наявність
1.19.	Універсальний адаптер до смартфонів (з магнітною кнопкою)	Наявність
2. Комплекtnість поставки:		
2.1.	Дерматоскоп	Наявність
2.2.	Універсальний адаптер до смартфонів	Наявність
2.3.	Контактна плата (для важкодоступних місць)	Наявність
2.3.	Жорсткий кейс на блискавці	Наявність

Фахівець з публічних закупівель



Людмила ДУБИНА