

ОБГРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №5» Харківської міської ради

ЄДРПОУ: 02002569

Обґрунтування доцільності закупівлі: Замовник заснований Харківською міською радою та зареєстрований в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Одними із основних статутних завдань підприємства є:

- забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній та стаціонарній медичній допомозі відповідно до Програми медичних гарантій в межах договорів, але не виключно, укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
- організація надання пацієнтам послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних умов профілактики, діагностики та лікування розладів здоров'я;
- забезпечення якісного обстеження, лікування хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Для виконання зазначених та інших завдань та з метою надання якісної медичної допомоги пацієнтам, Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лабораторними реактивами для медичного обладнання.

Існує потреба в закупівлі для диспансерного і стаціонарного відділень гінекологічних крісел для надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги.

Назва предмета закупівлі: Крісло гінекологічне (НК 024:2023 код 36065 «Крісло гінекологічне для огляду/терапевтичних процедур механічне»)

ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид процедури: Відкриті торги з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. за №1178 (зі змінами).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-05-013007-а

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до наявної потреби відповідно до заявки завідувача диспансерного і стаціонарного відділення з урахуванням поточних потреб підприємства в даній продукції та обсягів фінансування.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 50 700,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зокрема було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах. Окрім того, з метою об'єктивного визначення очікуваної вартості був здійснений аналіз ринку через систему Prozorro.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
	<i>Крісло гінекологічне</i>	шт.	3
№ п/п	Опис вимог		Наявність функції або величина параметра за технічним завданням
1. Технічні характеристики			
1.1	Довжина		1100±10 - 1650±10мм
1.2	Ширина по ложементах		900±10мм
1.3	Висота		800±10 - 1650±10мм
1.4	Кут підйому сидіння від горизонтального положення вгору		5°- 45°
1.5	Кут нахилу спинки		10°- 90°
1.6	Максимально допустиме навантаження на крісло, кг		не більше 150
1.7	Маса крісла, кг		не більше 36
1.8	Комплект постачання		Крісло в зборі без знімних частин 1 шт.; Підколінник 2 шт Чаша з нержавіючої сталі 1 шт Інструкція із застосування, 1 шт.
1.9	Конструкція		Крісло складається з підстави, сидіння, спинки, підніжки та зі зйомних вузлів і приладдя.
			Підстава крісла - суцільнозварна, трубчаста, встановлюється на дві гумові опори і на дві (задні) опори, регульовані по висоті, які призначені для створення стійкості крісла в разі нерівності поверхні, на яку воно встановлене.
			На осьових шарнірах, жорстко закріплених на перекладині підстави, кріпляться сидіння і спинка, які можуть змінювати кут нахилу.
			Сидіння і спинка являють собою металеві каркаси з укріпленням на них подушками, обтягнутими вінілісшкірою.
			Кут нахилу сидіння змінюється за допомогою пневматичного приводу з ручним керуванням.

		Регулювання сидіння можливе тільки з розміщенням на кріслі пацієнтом, шляхом натискання ручки і переміщенням центру ваги пацієнта вперед. Для підйому сидіння відтягніть ручку вгору, для опускання – вниз. Механізм нахилу спинки складається з рухомого штока, що переміщується всередині рухомого шарніра, який через втулку жорстко закріплений до основи і має призматичний затискач з рукояткою. При цьому підйом або опускання спинки на будь-який кут в зазначеному діапазоні проводиться вручну. До передньої частини підстави шарнірно кріпиться відкидна двоступенева підніжка. До вертикальної стійки шарнірно кріпиться штанга під підставку для чаші з нержавіючої сталі. Підставка в свою чергу має осьовий шарнір з затискачем. Жорсткі підколінники встановлюються під втулки затискачів і фіксуються. Підколінники також регулюються по висоті, можуть обертатися навколо вертикальної осі і забезпечені рухомими ложементами, які можуть гойдатися відносно горизонтальної осі.
1.10	Виробництво	Україна
1.11	Гарантійний термін експлуатації	12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня виготовлення
1.12	Рік виготовлення	Не раніше 2024
1.13	Зображення	

Фахівець з публічних закупівель



Людмила ДУБИНА