

ОБҐРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №5» Харківської міської ради

ЄДРПОУ: 02002569

Обґрунтування доцільності закупівлі: Замовник заснований Харківською міською радою та зареєстрований в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Одними із основних статутних завдань підприємства є:

- забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній та стаціонарній медичній допомозі відповідно до Програми медичних гарантій в межах договорів, але не виключно, укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
- організація надання пацієнтам послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних умов профілактики, діагностики та лікування розладів здоров'я;
- забезпечення якісного обстеження, лікування хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Для виконання зазначених та інших завдань та з метою надання якісної медичної допомоги пацієнтам, Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лабораторними реактивами для медичного обладнання.

Існує потреба в закупівлі для клініко-діагностичної лабораторії сучасного обладнання для покращення проведення лабораторних досліджень.

Назва предмета закупівлі: Напівавтоматичний мікропланшетний рідер для імуноферментного та мікробіологічного аналізу (НК 024:2023: 57864 - Пристрій, що зчитує для мікропланшетів IVD (діагностика in vitro) напівав-томатичний)

ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори

Вид процедури: Відкриті торги з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. за №1178 (зі змінами).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-23-013176-a

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до наявної потреби відповідно до заявки завідувача лабораторією, лікаря-лаборанта, з урахуванням поточних потреб підприємства в даній продукції та обсягів фінансування.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 218 816грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зокрема було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах та згідно комерційних пропозицій від учасників торгів. Окрім того, з метою об'єктивного визначення очікуваної вартості був здійснений аналіз ринку через систему Prozorro.

Розрахунок очікуваної вартості ціни за одиницю, проведений як середньоарифметичне значення отриманих даних.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

№	Найменування параметра
1	Напівавтоматичний мікропланшетний рідер для імуноферментного аналізу – 1 комплект
1.1	Відкрита система
1.2	Тип планшета 96 лунковий планшет (U-образні / плоскодонні лунки)
1.3	Тип зразка: сироватка, плазма, ліквор, сеча (не гірше)
2	Технічні характеристики приладу
2.1	Вимірювані параметри – призначений для визначення інфекційних маркерів (гепатити, ВІЛ, хламідії та ін.), гормонів (щитоподібної залози, статеві гормони та ін.) та інших показників, які визначаються методом ІФА
2.2	Пам'ять: не менше 100 програм тестів, до 5000 результатів тестів
2.3	Режими роботи: вимірювання поглинання, якісний, напівкількісний / кількісний, кінетичний
2.4	Режими розрахунку (не гірше): стандартний нелінійний, Cut-off, розрахункова формула, віднімання стовпчика, лінійна регресія, від точки до точки, лінійний - Log
2.5	Принцип виміру – вертикальна фотометрія
2.6	Швидкість зчитування (не гірше): одна довжина хвили < 8 с/планшет у швидкому режимі зчитування, не більше 17 с у нормальному режимі
2.7	Наявність графічного РК-дисплею з підсвіткою та роздільною здатністю не гірше 320x240 пікселів
2.8	Наявність мембранної клавіатури
2.9	Вбудований термопринтер високої розподільної здатності
3	Технічні характеристики фотометру
3.1	Не менше 8 вертикальних вимірювальних каналів з фотодіодами
3.2	Можливість підключення до 6 світофільтрів
3.3	Фотометрична роздільна здатність: не менше 0.001 од. ОГ
3.4	Діапазон довжин хвиль: не гірше 400 – 750 нм
3.5	Діапазон вимірювань: не гірше 0 - 4 од. ОГ
3.6	Точність: не гірше < 1% на 2.5 од. ОГ на 450 нм
3.7	Відхилення: не більше 5% для діапазону 0-3 од. ОГ на 450 нм
3.8	Джерело світла (не гірше): 13,8 В / 50 Вт кварцова галогенна лампа
4	Функціональні характеристики приладу
4.1	Можливість підключення до ПК через USB-з'єднання
4.2	Сумісність з ЛІС

4.3	Можливість представлення нелінійних калібрувальних кривих у вигляді графіку
4.4	Можливість зберігання / відображення калібрувальної кривої / діаграм КЯ
4.5	Можливість нелінійного калібрування за допомогою 10 стандартів
4.6	Наявність функції самодіагностики приладу
4.7	Наявність функції перемішування вмісту лунок планшету
4.8	Час перемішування планшета до 99 секунд
4.9	Можливість вибору швидкості перемішування
4.10	Можливість програмування до 100 тестів та їх редагування користувачем самостійно
4.11	Можливість вибору з не менше 7 варіантів звітів за результатами аналізів
5	Комплектація
5.1	Шнур живлення живлення – 1 шт
5.2	Чохол від пилу – 1 шт
5.3	Рулон термопаперу для принтера (57мм x 30м) – 1 шт
5.4	Посібник користувача – 1 шт
5.5	Адаптер живлення

Фахівець з публічних закупівель

Людмила ДУБИНА