

ОБҐРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів»

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №5» Харківської міської ради

ЄДРПОУ: 02002569

Обґрунтування доцільності закупівлі: Замовник заснований Харківською міською радою та зареєстрований в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Одними із основних статутних завдань підприємства є:

- забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній та стаціонарній медичній допомозі відповідно до Програми медичних гарантій в межах договорів, але не виключно, укладених між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
- організація надання пацієнтам послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних умов профілактики, діагностики та лікування розладів здоров'я;
- забезпечення якісного обстеження, лікування хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Для виконання зазначених та інших завдань та з метою надання якісної медичної допомоги пацієнтам, Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лабораторними реактивами для медичного обладнання.

Існує потреба в закупівлі для клініко-діагностичної лабораторії сучасного обладнання для покращення проведення лабораторних досліджень.

Назва предмета закупівлі: Фотометр мікропланшетний абсорбційний (ДК 021:2015: 38432000-2 -Аналізатори, НК 024:2023: 56719- Аналізатор імуноферментний (ІФА) IVD (діагностика in vitro) напівавтоматичний), Промивач планшет (ДК 021:2015: 38432000-2- Аналізатори, НК 024:2023: 17489 Автоматичний промивний пристрій IVD (діагностика in vitro) для мікропланшетів), Термошейкер для планшетів (ДК 021:2015: 38436000-0 - Шейкери та приладдя до них, НК 024:2023: 15178 - Лабораторний шейкер

ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори

Вид процедури: Відкриті торги з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. за №1178 (зі змінами).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-04-24-011190-a

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до наявної потреби відповідно до заявки завідувача лабораторією, лікаря-лаборанта, з урахуванням поточних потреб підприємства в даній продукції та обсягів фінансування.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 334 667,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зокрема було використано загальнодоступну інформацію щодо цін, які містяться у відкритих джерелах та згідно комерційних пропозицій від учасників торгів. Окрім того, з метою об'єктивного визначення очікуваної вартості був здійснений аналіз ринку через систему Prozorro.

Розрахунок очікуваної вартості ціни за одиницю, проведений як середньо арифметичне значення отриманих даних.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1. Фотометр мікропланшетний абсорбційний

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметра
1.1	Тип дна планшету	Зчитування мікропланшет на 96 лунок з плоским або напівкруглим дном;
1.2	Оптична система	кількість каналів фотометрування не менше 8 каналів;
1.3	Час вимірювання включаючи час самоконтролю:	по одній довжині хвилі - не більше 30 сек .;
1.4	Хвильовий	(спектральний) діапазон 400 - 700 нм;
1.5	Можлива кількість фільтрів на борту	не менше 6, в комплект поставки має входити не менше 4 світлофільтрів (405, 450, 490-492, 630-650 нм). Дві вільні позиції для додаткових світлофільтрів;
1.6	Діапазон зчитування оптичної щільності	від 0,001 до не менше 3.5 OD (ОГ);
1.7	Лінійність вимірювання оптичної щільності:	<+/- 1%;
1.8	Похибка вимірювання оптичної щільності	0,0 до 2.0 ОГ: <+/- 1.0%; - 2,0 до 3.0 ОГ: <+/- 2.0%.
1.9	Способи вимірювання:	- оптична щільність; - Одноточкове калібрування; - Режим поглинання; - Лінійна регресія.
1.10	Тип системи	Відкрита: Можливість налаштування на тест системи різних виробників;
1.11	Автоматичне калібрування перед вимірюванням кожної плашки по методикам:	-Одноточкове Калібрування, -від точки до точки, багатоточкове, лінійне, -експоненціальний логарифм, -фактор;
1.12	Програмне забезпечення	Вбудоване програмне забезпечення не менше 100 програм;
1.13	Пам'ять	не менше 20 000 результатів пацієнтів

1.14	Вбудований принтер	Наявність вбудованого принтера;
1.15	Вбудований шейкер	Наявність вбудованого шейкера з рівня швидкості, час 0-90 сек;
1.16	Електроживлення:	220 В +/- 10%, 50/60 Гц, шнур живлення - Європейський роз'єм;
1.17	Джерело світла	Галогенна лампа з автоматичним відключенням

2. Промивач планшет

№ з/п	Медико-технічні вимоги	Наявність функції або величина параметра
2.1	Промивний вузол	8 каналний
2.2	Об'єм дозування промиваючої рідини	від 50 до 300 мкл.
2.3	Остаточний об'єм рідини в лунці плашки	не більше 4 мкл.
2.4	Точність дозування при об'ємі лунки 300 мкл	не більше +/- 5%.
2.5	Продуктивність дозування	менше +/- 5% (300 мкл лунка).
2.6	Кількість програм промивки	Мікропроцесорне управління, з кількістю встановлених програм не менше - 100
2.7	Програмування системи	Можливість установки користувачем своїх програм;
2.8	Режим замочування:	Можливість програмування на різну геометрію лунок (плоске або кругле дно), об'єму заливки, часу відмочування, кількості циклів, швидкості заливки і швидкості аспірації;
2.9	Посудини для промивання	Наявність посудин для промивання рідини і відходів не менше 2 л кожна
2.10	Дисплей та управління	Рідкокристалічний дисплей і цифрове управління;
2.11	Електроживлення:	220 В +/- 10%, 50/60 Гц, шнур живлення – Європейський роз'єм;
2.12	Програма само діагностики	Наявність вбудованої програми для само діагностики
2.13	Автоматичне відстеження наявності рідини	Можливість автоматичного відстеження наявності рідини

3. Термошейкер для планшетів

№	Найменування та тех.параметри	Діапазон значень, наявність, відповідність
3.1	Комплектація: - Термошейкер для планшетів – 1шт; - Зовнішній блок живлення - 1шт - Провід живлення– 1шт. - Запасний гумовий пассік– 2шт. - Інструкція з експлуатації.	Навести комплектацію
3.2	Діапазон установки температури	25°C ... 60°C
3.3	Крок установки температури	0,1°C
3.4	Стабільність температури	±0,1°C
3.5	Рівномірність розподілу температури при 37 ° С	±0,25°C
3.6	Можливість калібрування температури	наявність
3.7	Двосторонній нагрів планшета	наявність
3.8	Час нагріву	12 хв, від 25 ° С до 37 ° С; 35 хв, від 37 ° С до 60 ° С

3.9	Орбіта	2 мм
3.10	Діапазон установки швидкості	250 - 1200 об / хв (крок 10 об / хв)
3.11	Діапазон установки цифрового таймера	1 хв - 96 год / без зупинки
3.12	Максимальний час безперервної роботи	168 годин
3.13	Дисплей	16x2 символу, Рідкокристалічний
3.14	Кількість мікропланшетів	Не менше 2
3.15	Максимальна висота мікропланшетів	18 мм
3.16	Вага	не більше 6,5 кг
3.17	Розміри платформи	не більше 252 x 153 мм
3.18	Розміри (Д × Ш × В)	не більше 272 x 263 x 127 мм
3.19	Струм / потужність	DC 12 В, 3,3 А / 40 Вт

Фахівець з публічних закупівель



Людмила ДУБИНА